

CHECKLIST DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS - AUTOCLAVE

SETOR: _____ **MÊS:** _____

MARCA/MODELO: _____

RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO: _____ **Matrícula:** _____

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO: _____ **Matrícula:** _____

O checklist deve ser preenchido com as siglas OK – se realizado e tudo certo; e NOK – se tiver algo incomum, a qual deve ser descrita nas observações e a situação incomum deve ser sanada pelo responsável pelo equipamento.

INSPEÇÃO DIÁRIA >>>>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpar internamente a caldeira																															
Limpar o (s) cesto (s) e o suporte dos mesmos																															
Limpar a guarnição da tampa																															

INSPEÇÃO SEMANAL >>>	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	5ª SEMANA
Limpar o gabinete externamente					
Limpar a resistência elétrica					
Verificar a válvula de alívio/segurança de pressão					

INSPEÇÃO MENSAL >>>	DEZEMBRO
Verificar o aterramento do equipamento	
Verificar e reapertar as conexões hidráulicas	
Verificar e reapertar os contatos elétricos e aterramento	
Verificar a guarnição da tampa e trocar se desgastada	
Verificar a válvula controladora de pressão	

OBSERVAÇÕES 1:

1. Os elementos hidráulicos devem ser submetidos a limpeza em periodicidade semestral

2. Calibrar a válvula de alívio/segurança de pressão e o manômetro do equipamento em periodicidade anual, sendo que esta calibração deve ser executada por profissional habilitado, conforme estabelece o manual do equipamento.

OBSERVAÇÕES 1: relatar neste espaço as ações para normalizar as não conformidades encontradas.